



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111, fax +420 545 222 728, www.cmi.cz

Pracoviště: Laboratoře primární metrologie, V Botanice 4, 150 72 Praha 5, tel. +420 257 288 311
oddělení akustiky a kinematiky – laboratoř kinematiky, e-mail: rychlomery.lpm@cmi.cz

OVĚŘOVACÍ LIST

č. 8012-OL-70017-13

Datum vydání: 7. února 2013

List 1 ze 2 listů

Zákazník/Vlastník: LAVET, s.r.o., Za Mototechnou 1114/5, 155 00 Praha 13 - Stodůlky

Měřidlo:

Silniční laserový rychloměr

výrobce:

Kustom Lavet, ČR

typ:

ProLaser III PL-DOK I

výrobní číslo rychloměru:

004/03

výrobní číslo lidaru:

PL 17838

rozsah měření rychlosti

5 km.h⁻¹ až 250 km.h⁻¹

rok výroby:

2003

Použité etalony:

Etalonové pásmo STABILA, SRN, typ 30 m, v.č. 01, návaznost na státní etalon délky ČMI.

Simulátor pro zkoušky laserových rychloměrů typ LSMS, výrobce LASER Technology Inc., USA, v.č. SS000010+OH000015, návaznost na státní etalon frekvence.

Podmínky měření:

Teplota okolí : (23 ± 1) °C, relativní vlhkost vzduchu (21,3 ± 2,1) %

Místo ověření:

Český metrologický institut, laboratoře primární metrologie, odd. akustiky a kinematiky, V Botanice 4, 150 72 Praha 5

Datum zkoušky:

7. února 2013

Ověření provedl:

Ing. Enrico Buttoraz
metrolog



Ověření schválil:

Ing. Marek Blabla
vedoucí oddělení

Metoda zkoušky: Rychloměr byl zkoušen podle metrologického předpisu ČMI č. 812-MP-C213 „Metodický postup při ověřování laserových rychloměrů.“

Výrok o výsledku: Provedené zkoušky měřidla prokázaly, že předložený silniční rychloměr má požadované metrologické vlastnosti (viz Certifikát o schválení typu stanoveného měřidla č. 0111-CS-C175-03 ze dne 3.11.2003 ve znění doplňků č.1 ze dne 12.8.2005 a č. 2 ze dne 18.1.2007).

Rychloměr jako stanovené měřidlo byl ověřen a lze jej používat v souladu s právní úpravou metrologie pro měření rychlosti silničních vozidel při kontrole dodržování maximální povolené rychlosti.

Ověření je provedeno vystavením tohoto ověřovacího listu a nalepením jedné úřední značky na měřidlo a dvou závěsných plomb. (umístění úředních značek je popsáno v Certifikátu o schválení typu stanoveného měřidla č. 0111-CS-C175-03 ze dne 3.11.2003 ve znění doplňků č.1 ze dne 12.8.2005 a č. 2 ze dne 18.1.2007).

Doba platnosti ověření rychloměru končí dne : **6. února 2014**

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb. v platném znění. Platnost ověření zaniká v případech uvedených ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. v platném znění.

--- konec ověřovacího listu

Český metrologický institut
Laboratoře primární metrologie
V Botanice 4
150 72 Praha
-5-